BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Jumlah trombosit yang dikerjakan dengan menggunkan dua alat yang dibandingkan dengan kamar hitung diperoleh rata-rata pada alat mindray dengan kamar hitung rata-ratanya 16,86666667µl darah, sedangkan rata-rata pada alat prokan dengan kamar hitung 14,16666667/µl darah.

Sebanyak 34,48% hasil pemeriksaan menggunakan mindray BC-2600 dan 65,51% menggunakan prokan yang nilainya mendekati kamar hitung. Hasil pemeriksaan jumlah trombosit yang lebih mendekati kamarhitung adalah alat Prokan PE-6800.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat melakukan pemeriksaan jumlah trombosit menggunakan alat automatik maupun kamar hitung dengan teliti agar hasil yang didapatkan lebih akurat.

5.2.2 Bagi institusi kesehatan

Diharapkan adanya pemeriksaan kamar hitung untuk menjadikan kontrol pada pemeriksaan alat automatik.