BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pemeriksaan kadar SGOT dan SGPT dalam serum kontrol di laboratorium puskesmas wilayah Surabaya maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Gambaran hasil pemantapan mutu eksternal pemeriksaan SGOT terhadap rerata peserta dari 15 puskesmas di wilayah Surabaya adalah baik 46,7%, cukup 26,7%, kurang 6,7%, dan buruk 20%.
2. Gambaran hasil pemantapan mutu eksternal pemeriksaan SGOT terhadap nilai target serum kontrol dari 15 puskesmas di wilayah Surabaya adalah baik 26,7%, cukup 26,7%, kurang 26,7%, dan buruk 20%.
3. Gambaran hasil pemantapan mutu eksternal pemeriksaan SGPT terhadap rerata peserta dari 15 puskesmas di wilayah Surabaya adalah baik 40%%, cukup 40%, kurang 20%, dan buruk 0%.
4. Gambaran hasil pemantapan mutu eksternal pemeriksaan SGPT terhadap nilai target serum kontrol dari 15 puskesmas di wilayah Surabaya adalah baik 40%, cukup 46,7%, kurang 13,3%, dan buruk 0%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

5.2.1 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan 11 parameter sesuai dengan pemeriksaan rutin di laboratorium puskesmas wilayah Surabaya.

5.2.2 Bagi Tenaga Laboratorium

Diharapkan bagi tenaga laboratorium dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja serta aktif melaksanakan kegiatan pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal.

5.2.3 Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah memberikan pembinaan dan pemantauan untuk pelaksanaan pemanttapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal yang berkesinambungan..