

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang perbedaan kadar asam urat dengan menggunakan tabung tutup merah dan tabung tutup kuning, diperoleh kesimpulan bahwa sebagai berikut :

1. Ada perbedaan kadar asam urat dengan menggunakan tabung tutup merah dan tabung tutup kuning.
2. Rata-rata kadar asam urat menggunakan tabung tutup kuning sebesar 4,9250mg/dl lebih tinggi dari rata-rata kadar asam urat menggunakan tabung tutup merah sebesar 4,578 mg/dl.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi Tenaga Laboratorium Medis

Di harapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam ketepatan pemilihan alat dalam proses pra-analitik agar hasil yang didapatkan benar-benar valid atau akurat.

6.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam pemeriksaan kadar asam urat dengan membandingkan hasil pemeriksaan menggunakan metode cepat menggunakan stik dan metode enzimatik secara kolorimetrik menggunakan alat semi otomatis maupun alat otomatis.