

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian gambaran PME (Pemantapan Mutu Eksternal) Hematologi parameter pemeriksaan Hemoglobin, Leukosit, dan Trombosit pada setiap laboratorium puskesmas wilayah surabaya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian whole blood kontrol di puskesmas wilayah surabaya di dapatkan nilai rerta untuk parameter hemoglobin 195,9, leukosit 102,9 dan trombosit 3.170.

2. Gambaran hasil pemantapan mutu eskternal berdasarkan nilai IDp dan kriteria terhadap nilai Rata-rata dari seluruh peserta adalah:

a. Parameter HGB

Kriteria Baik 60 %, Kriteria Cukup 27 %, Kriteria Kurang 7 %, Kriteria Buruk 7%

b. Parameter WBC

Kriteria Baik 73%, Kriteria Cukup 13%, Kriteria Kurang 13 %, Kriteria Buruk 0%.

c. Parameter PLT

Kriteria Baik 80%, Kriteria Cukup 20 %, Kriteria Kurang 0%, Kriteria Buruk 0%.

3. Gambaran hasil pemantapan mutu eksternal berdasarkan nilai IDp dan Kriteria terhadap nilai Target (Reference) adalah:

a. Parameter HGB

Kriteria Baik 47 %, Kriteria Cukup 20 %, Kriteria Kurang 20 %, Kriteria Buruk 13%

b. parameter WBC

Kriteria Baik 73 %, Kriteria Cukup 13%, Kriteria Kurang 13%, Kriteria Buruk 0%.

c. Parameter PLT

Kriteria Baik 87%, Kriteria Cukup 13 %, Kriteria Kurang 0%, Kriteria Buruk 0%.

6.2 Saran

Setelah dilakukan penelitian dan mendapatkan hasil, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah :

6.2.1 Bagi Peneliti

Mempertahankan pelaksanaan kegiatan pemantapan mutu internal baik tahap pra analitik, analitik, dan pasca analitik dibidang hematologi agar selalu dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standart operasional prosedur.

6.2.2 Bagi Instansi

Hendaknya mempelajari pentingya PMI dan PME sehingga dapat mengetahui kesalahan pada saat Quality Control dan hasil yang dikeluarkan akurat.

6.2.3 Bagi Dinas Kesehatan

Diharapkan menyelenggarakan PME secara rutin bagi setiap laboratorium yang berada dibawah kendali Dinas Kesehatan.

