

## BAB 6

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Simpulan

1. Tidak terdapat perbedaan jumlah eritrosit dan terdapat perubahan pada beberapa parameter indeks eritrosit pada penundaan 24 jam di banding 2 jam.
2. Hasil analisa uji T berpasangan terdapat perbedaan signifikan pada indeks MCV, sedangkan pada jumlah eritrosit dan indeks MCH tidak terdapat perbedaan signifikan. Hasil analisa uji Wilcoxon terdapat perbedaan signifikan pada indeks MCHC.

#### 6.2 Saran

##### 6.2.1 Bagi Tenaga Kesehatan

1. Disarankan untuk pelaksana praktisi laboratorium lebih memperhatikan pemeriksaan sampel darah EDTA agar segera melakukan pemeriksaan tidak melebihi 2 jam.
2. Penyimpanan sampel darah EDTA 24 jam di letakkan pada suhu 4°C.

##### 6.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk meneliti lebih lanjut penelitian ini menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak dan menggunakan sampel pada pasien anemia. Karena pada penelitian ini hanya menggunakan sampel normal.